# BRILLIANT EverGlow®

## Gebrauchsinformation DE

### Definition
BRILLIANT EverGlow ist ein hochgefülltes, röntgenopaques, universelles lichthärtendes Hybridkomposit, erhältlich in Universal-, Transluzenz- und Opakfarben.

### Zusammensetzung
Methacrylate
Dentalglas
Ytterbium Kieselsäure
Zinkoxid

### Technische Daten
gemäß ISO 4049
Variationsbreite der Partikelgröße der anorganischen Füllstoffe: 0,02-1,5 µm
Volumenanteil anorganischer Füllstoffe: 56 %
Gewichtsanteil anorganischer Füllstoffe: 74 %

### Anwendungsgebiete
BRILLIANT EverGlow Universalfarben Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 und A4/C4 sind geeignet für:
- Direkte Füllungen von Kavitäten der Klassen I, II, III, IV und V
- Reparaturen und Reparieren von Keramik- und Kompositrestaurationen (z.B. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow Transluzenzfarben Bleach Transluzent (BL Trans) und Transluzent (Trans) sind geeignet für:
- Farm- und Farbkorrekturen der Opazinerung der individuellen Zahnfarbe
- Aufbau von Schneidekanten
- Befestigen und Reparieren von Keramik- und Kompositrestaurationen (z.B. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow Opakfarben Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) und Opaque A4 (OA4) sind geeignet für:
- Ästhetische Korrekturen (z.B. von Chromabweichungen)
- Maskieren von dunklen Stellen
- Aufbau des Dentinkerns

**Hinweis:** Die Intensität der Abdeckkraft ist abhängig von der Schichtdicke. Für ein optimales Erscheinungsbild empfehlen wir, dieses dünnschichtdicke von Opak-Schichtungen gering zu halten und diese mit Universalfarben zu überschichten.

### Gegenanzeigen
Bei Allergien gegen Bestandteile von BRILLIANT EverGlow. Wenn der Trockenhaltung bei Anbeißfehlern während der Applikation und Aushärtung nicht möglich ist. Bei Patienten mit schlechter Mundhygiene.

### Nebenwirkungen
Es ist bisher keine Nebenwirkungen und nicht bekannt. In Einzelfallen wurden Kontaktallergien mit ähnlich zusammengesetzten Produkten beobachtet.

### Hinweise
Abgabe nur an Zahnärzte oder Zahntechniker oder in deren Auftrag. Nur Kieler unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfallsdatum darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Aus hygienischen Gründen sind Tips nur für den einmaligen Patientengebrauch bestimmt. Sprühzen nach Gebrauch verschließen.

sowie bei Plaqueretentoren oder Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

### Anwendung
Reinigung und Trockenlegung
Den zu versorgenden Zahn sowie desen Nachbarzähne reinigen.
Farbausuahl vornehmen und Arbeitsumfeld trocken legen.

Präparation der Kavität
Es sind eine zahnhartsubstanzschonende Technik unter dem Prinzip der adhäsiven Restaurationstechnik angewendet werden. Im Frontzahnbereich die Schmelzränder anschrägen, im Seitenzahnbereich ist eine die scharfen Schmelzkanten leicht anschrägen oder abrunden.

Pulpaschutz
Im pulpanahen Bereich sollte ein geeigneter Pulpaschutz appliziert werden. Vorgehen gemäß Gebrauchsinformation des Herstellers.

Anwendung des Adhäsiv-Systems
BRILLIANT EverGlow (z.B. ONE COAT 7 UNIVERSAL) anwenden. Vorgehen gemäß Gebrauchsinformation des Herstellers.

Application of bonding agent
Apply the bonding agent (e.g. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procedure according to manufacturer's instructions for use.

Application of BRILLIANT EverGlow
Dispense material out of the syringe or tip and apply into the cavity by using the increment technique.

Polymerisation
BRILLIANT EverGlow can be cured using any light curing unit (e.g. S.P.E.C. 3®).

Maximum thickness of the layer and curing times:

| shade | thickness of the layer | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | exposure time | |
| universal shades, translucent shades | 2 mm | 20 s | 10 s |
| opaque shades | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Note:** BRILLIANT EverGlow must be cured layer by layer. Please observe the inhibition layer (see Technical Data) which affect between the layers. In the event of a correspondent there is a risk of insufficient curing.
BRILLIANT EverGlow is light-sensitive. Avoid continuing exposure to direct sunlight, especially the operation- and/or sunlight.

Finishing
Finishing can be done with diamond finishers (40 µm and 15 µm) with a constant wiping motion and copious cooling with water.
For optimal polishing results COLTENE polishers are recommended.

**Emergency measures**
Remove the material in the mouth. Rinse with water. In the case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water (10 min) and consult a ophthalmologist.

### Notes
Only supplied to dentists and dental technicians or upon their instructions. Keep out of the reach of children!
Use for single patient use only. Recap completely after use.

### Shelf life and labelling
Expiry date and LOT identification can be found on the containers and the outer packaging.

### Storage
Store at 4-23 °C / 39-73 °F
Avoid exposure to direct sunlight or heat sources.

### Caution
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

## Mode d'emploi FR

### Définition
BRILLIANT EverGlow est un composite hybride, universel, radio-opaque, hautement chargé photopolymérisable dans les teintes universelles, translucides et opaques.

### Composition
Méthacrylates
Verre de baryum
Silice atomique sublimée
Oxyde de zinc

### Données techniques
Conforme à la norme ISO 4049
Taille des particules de charge inorganique : 0,02 à 1,5 µm
Teneur en charges inorganiques, en volume: 56 %
Teneur en charges inorganiques, en poids: 74 %

### Indications
BRILLIANT EverGlow en teintes universelles Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 et A4/C4 est indiqué pour:
- Obturation directe des cavités des classes I, II, III, IV et V
- Réparation et la réparation des restaurations céramiques et composites (p. ex. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow en teintes translucides Bleach Translucent (BL Trans) and Translucent (Trans) est indiqué pour:
- les corrections de forme et de teinte pour l'amélioration esthétique du patient
- le recouvrement des bords incisifs
- le collage et la réparation des restaurations céramiques et composites (p. ex. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow en teintes opaques Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) et Opaque A4 (OA4) est indiqué pour:
- Aesthetic corrections (e.g. chroma deviations)
- Masking of dark areas
- Forming of a dentin core

**Note:** The masking ability is controlled by the thickness of the layer. To achieve an optimal blend-in effect, it is suggested to keep this low opaque shade layer thickness as small as possible and cover it with universal shades.

### Contra-indications
If allergic to components of BRILLIANT EverGlow. If the site cannot be isolated during application and curing in case of bite errors. Not in patients with poor oral hygiene.

### Effects
Not known at present side effects are known. Contact allergies with products of similar composition have been reported in isolated cases.

### Interactions with other products
Agents which contain eugenol may affect the polymerization of composites. The use of zinc oxide-eugenol cements in combination with BRILLIANT EverGlow should therefore be avoided.
Discolorations may occur when using cationic mouth rinses, plaque indicators or chlorhexidine.

### Application
Cleaning and isolation
Cleanse the tooth to be treated and the adjacent teeth.
Select color and create a dry working area.

Preparing the cavity
When preparing the cavity, every effort should be made to use a technique that is gentle to the hard substance (principle of Adhesive Restoration Technique). Enamel edges in the anterior region should be bevelled. In the posterior region, only sharp enamel edges should be slightly bevelled or rounded.

Pulp Protection
A suitable pulp-protective liner should be applied in close proximity to the pulp. Procedure according to manufacturer's instructions for use.

Application of bonding agent
Apply the bonding agent (e.g. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procedure according to manufacturer's instructions for use.

Application of BRILLIANT EverGlow
Dispense material out of the syringe or tip and apply into the cavity by using the increment technique.

Polymerisation
BRILLIANT EverGlow can be cured using any light curing unit (e.g. S.P.E.C. 3®).

Maximum thickness of the layer and curing times:

| shade | thickness of the layer | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | exposure time | |
| universal shades, translucent shades | 2 mm | 20 s | 10 s |
| opaque shades | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Note:** BRILLIANT EverGlow must be cured layer by layer. Please observe the inhibition layer (see Technical Data) which affect between the layers. In the event of a correspondent there is a risk of insufficient curing.
BRILLIANT EverGlow is light-sensitive. Avoid continuing exposure to direct sunlight, especially the operation- and/or sunlight.

Finishing
Finishing can be done with diamond finishers (40 µm and 15 µm) with a constant wiping motion and copious cooling with water.
For optimal polishing results COLTENE polishers are recommended.

**Emergency measures**
**Remarque :** le masquage est contrôlé par l'épaisseur de la couche. Pour obtenir un rendu optimal, il est recommandé de limiter autant que possible l'épaisseur totale de la couche de teinte opaque et de la recouvrir avec des teintes universelles.

BRILLIANT EverGlow est photosensible. Evitez l'exposition directe continue à la lumière solaire et/ou à la lumière de la lampe d'opération.

### Effets indésirables
Il n'existe pas d'effets indésirables systémiques connus. Des cas isolés d'allergie de contact avec des produits ayant une composition similaire ont été signalés.

### Interactions avec d'autres agents
Les agents contenant de l'eugénol peuvent gêner la polymérisation des composites. Il convient par conséquent d'éviter l'utilisation en simultané de ciments à l'oxyde de zinc-eugénol et de BRILLIANT EverGlow.
Des dyschromies peuvent être occasionnées par l'utilisation de bains de bouche cationiques, de révélateurs de plaque ou de chlorhexidine.

### Application
Nettoyage et isolation
Nettoyer la dent à traiter ainsi que les dents adjacentes.
Choisir la teinte et mettre en place un champ opératoire sec.

Préparation de la cavité
Lors de la préparation de la cavité, il convient d'utiliser une technique si possible peu invasive pour un respect et une économie tissulaire (principe de « technique de restauration adhésive »).
Les bords amélaires doivent être biseautés dans la région antérieure. Dans la région postérieure, seuls les bords amélaires tranchants doivent être légèrement biseautés ou arrondis.

Protection pulpaire
Il est conseillé d'appliquer à proximité immédiate de la pulpe un fond de cavité. Procéder conformément au mode d'emploi du fabricant.

Application de l'agent adhésif
Appliquer l'agent adhésif (p. ex. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procéder conformément au mode d'emploi du fabricant.

Application de BRILLIANT EverGlow
Appliquer le matériau dans la cavité en utilisant la technique d'application par couches successives.

Polymérisation
Il est possible de polymériser BRILLIANT EverGlow avec une lampe à photopolymériser (p. ex. S.P.E.C. 3®).

Epaisseur maximale de la couche et durées de polymérisation :

| teinte | Épaisseur de la couche | ≥800 mW/cm² durée de polymérisation | ≥1600 mW/cm² durée de polymérisation |
|---|---|---|---|
| teintes unitaires et teintes translucides | 2 mm | 20 s | 10 s |
| teintes opaques | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Remarque :** il est impératif de polymériser BRILLIANT EverGlow couche par couche. Ne pas oublier la couche d'inhibition (voir les données techniques) qui se trouve entre les couches. Il y a un risque de polymérisation insuffisante en cas de sous-exposition.

BRILLIANT EverGlow est photosensible. Evitez l'exposition directe continue à la lumière solaire et/ou à la lumière de la lampe d'opération.

Finition
Finition possible à l'aide du moyen d'instruments de finition diamantés (40 µm et 15 µm) avec mouvement constant et une irrigation d'eau abondante.
Pour un polissage optimal, il est recommandé d'utiliser les instruments à polir COLTENE.

### Mesures d'urgence
En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, rincer tout simplement à l'eau. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau (pendant 10 min) puis consulter un ophtalmologue.

### Remarques
Ces produits sont exclusivement vendus à des dentistes et à des prothésistes dentaires ou sur leur prescription. Tenir hors de la portée des enfants.
Les tips sont à usage unique. Reboucher les seringues de composite après usage.

### Durée de vie et étiquetage
La date de péremption et le LOT le numéro de lot figurent sur les produits et sur leurs emballages extérieurs.

### Conservation
Conserver à une température comprise entre 4 et 23 °C.
Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil ou à toute source de chaleur.

### Attention
Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par ou à la demande d'un dentiste.

## Istruzioni per l'uso IT

### Definizione
BRILLIANT EverGlow è un composito ibrido sub-microfine, universale, altamente riempito, radiopaco ed è disponibile in colori universali, translucenti e opachi.

### Composizione
metacrilati
componente vetrosa
silice amorfa
ossido di zinco

### Dati tecnici
Conforme alla norma ISO 4049
Range di dimensioni delle particelle di riempitivo inorganico: 0,02-1,5 µm
Percentuale di riempitivo inorganico in volume: 56%
Percentuale di riempitivo inorganico in peso: 74%

### Indicazioni
BRILLIANT EverGlow nei colori universali Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3, A4/C4 è indicato per:
- Otturazione diretta di cavità di classe I, II, III, IV e V
- Correzione e riparazione di restauri in ceramica e composito (ad esempio BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow nei colori opachi Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1) Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) e Opaque A4 (OA4) è indicato per:
- Correzioni estetiche (ad esempio discromie)
- Mascheratura di zone scure
- Formazione di un nucleo di dentina

**Nota:** La capacità di mascherare viene controllata con lo spessore dello strato. Per ottenere un effetto mimetico ottimale, si consiglia di tenere lo spessore totale dello strato di opace il più sottile possibile e di coprirlo con colori universali.

### Controindicazioni
Nel caso di allergia ai componenti di BRILLIANT EverGlow. Qualora il sito non possa essere isolato durante l'applicazione e la polimerizzazione di BRILLIANT EverGlow. Nel caso di igiene orale insoddisfacente.

### Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali sistemici. In casi isolati sono stati riportate allergie da contatto con prodotti di composizione simile.

### Interazioni con altre sostanze
Le sostanze contenenti eugenolo possono compromettere la polimerizzazione dei compositi. Pertanto deve essere evitato l'uso di cementi ossido di zinco-eugenolo in combinazione con BRILLIANT EverGlow.
Nel caso di collutori cationici, rivelatori di placca o clorexidina può causare discolorazioni.

### Applicazione
Detersione e isolamento
Detergere il dente da trattare e i denti adiacenti.
Scegliere il colore e creare un campo operatorio asciutto.

Preparazione della cavità
Nella preparazione della cavità procedere in modo conservativo (principio della tecnica di restauro). La struttura dentaria (principio della "tecnica di adesivo restaurativo"). Bisellare i bordi di smalto nella regione anteriore. Nella regione posteriore, bisellare leggermente o arrotondare solo i bordi di smalto acuminati.

Protezione della polpa
In prossimità della polpa applicare un adeguato materiale di protezione. Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante del prodotto.

Applicazione del adesivo
Applicare l'adesivo (ad esempio ONE COAT 7 UNIVERSAL). Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante.

Applicazione di BRILLIANT EverGlow
Erogare il materiale dalla siringa o dalla cartuccia e applicarlo nella cavità con la tecnica incrementale.

Polimerizzazione
BRILLIANT EverGlow può essere fotopolimerizzato con qualsiasi lampada fotopolimerizzante (ad esempio S.P.E.C. 3®).

Spessore massimo dello strato e tempi di polimerizzazione:

| Colore | Spessore dello strato | ≥800 mW/cm² Tempo di esposizione | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| Colori universali, Colori translucidi | 2 mm | 20 s | 10 s |
| Colori opachi | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Nota:** BRILLIANT EverGlow deve essere fotopolimerizzato strato per strato. Non rimuovere lo strato di inibizione, perché questo comporterebbe l'adesione tra gli strati. Nel caso di sottospessore esiste il rischio di una polimerizzazione insufficiente.
BRILLIANT EverGlow è fotosensibile. Evitare l'esposizione continua alla luce diretta, specialmente alla luce della lampada operatoria e/o alla luce solare.

Rifinitura
Rifinitura da grossolana a fine con strumenti diamantati (40 µm e 15 µm), passando con un movimento costante e utilizzando abbondante spray d'acqua. Per una lucidatura ottimale si consigliano gli strumenti COLTENE.

### Misure di emergenza
In caso di contatto diretto con la mucosa orale, sciacquare semplicemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua (per 10 min) e consultare un oculista.

### Note
Vendita riservata agli odontoiatri e agli odontotecnici o su loro indicazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini!
Le capsule sono monouso. Dopo l'applicazione, richiudere le siringhe di composito dopo l'uso.

### Durata di conservazione e etichettatura
Data di scadenza e numero identificativo LOT sono reperibili sulle scatole e sull'esterno della confezione.

### Conservazione
Conservare a 4-23 °C
Evitare l'esposizione alla luce solare diretta o a fonti di calore.

### Avvertenza
Le leggi federali USA limitano la vendita di questo dispositivo ai dentisti o su loro ordinazione.

## Instrucciones de uso ES

### Definición
BRILLIANT EverGlow es un composite híbrido submicrónico universal altamente relleno, disponible en los tonos universal, translúcido y opaco.

### Composición
Metacrilatos
Vidrio
Sílice amorfo
Óxido de zinc

### Datos técnicos
Según la norma ISO 4049
Intervalo de dimensiones de partículas de relleno inorgánico: 0,02-1,5 µm
Contenido de relleno inorgánico por volumen: 56%
Contenido de relleno inorgánico por peso: 74%

### Indicaciones
Los tonos universales BRILLIANT EverGlow Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 y A4/C4 están indicados para:
- Obturación directa de cavidades de clase I, II, III, IV y V
- Adhesión y reparación de restauraciones de cerámica y composite (p. ej., BRILLIANT COMPONENT®)

Los tonos translúcidos BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans) and Translucent (Trans) están indicados para:
- Corrección de forma y color para mejorar la estética individual
- Recubrimiento de los bordes incisales
- Adhesión y reparación de restauraciones de cerámica y composite (p. ej., BRILLIANT COMPONENT®)

Los tonos opacos BRILLIANT EverGlow Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1) Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) y Opaque A4 (OA3) están indicados para:
- Correcciones estéticas (p. ej. desviaciones cromáticas)
- Enmascaramiento de zonas oscuras
- Modelado del núcleo de dentina

**Nota:** El grosor de la capa modula el grado de enmascaramiento. Para obtener un mimetismo óptimo se recomienda que el grosor total de la capa del tono opaco sea el mínimo posible, y recubrirlo con los tonos universales.

### Contraindicaciones
En caso de alergia a los componentes de BRILLIANT EverGlow. Si la zona no se puede aislar durante la aplicación y el fraguado de BRILLIANT EverGlow. Si la higiene oral es deficiente.

### Efectos secundarios
Si el producto entra en contacto directo con la mucosa oral, se puede producir alergias de contacto con productos de una composición similar.

### Interacciones con otros agentes
Los agentes con eugenol pueden afectar a la polimerización de los composites. Por lo tanto, debe evitarse el uso de cementos de óxido de zinc-eugenol en combinación con BRILLIANT EverGlow.
Pueden producirse decoloraciones cuando se utilicen colutorios catiónicos, indicadores de placa o clorhexidina.

### Aplicación
Limpieza y aislamiento
Limpiar el diente que va a tratar y el diente adyacente.
Seleccione el color y seque la zona de trabajo.

Preparación de la cavidad
Al preparar la cavidad, debe hacerse todo lo posible por emplear una técnica conservadora con la sustancia dental (principio de la "técnica de restauración adhesiva"). Deben biselarse los bordes de esmalte de la zona anterior. En la región posterior, solo deben biselarse o redondearse ligeramente los bordes de esmalte afilados.

Protección pulpar
Debe aplicarse un revestimiento protector de la pulpa adecuado en las proximidades de la pulpa. Procedimiento según las instrucciones de uso del fabricante.

Aplicación del agente adhesivo
Aplicar el agente adhesivo (p. ej., ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procedimiento según las instrucciones de uso del fabricante.

Aplicación de BRILLIANT EverGlow
Dispense el material de la jeringa o la punta y aplíquelo en la cavidad utilizando la técnica de incrementos.

Polimerización
BRILLIANT EverGlow se puede polimerizar con cualquier unidad de fotopolimerización (p. ej., S.P.E.C. 3®).

Grosor máximo de la capa y tiempos de polimerización:

| Color | Grosor de la capa | ≥800 mW/cm² Tiempo de exposición | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| Tonos universales, tonos translúcidos | 2 mm | 20 s | 10 s |
| Tonos opacos | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Nota:** BRILLIANT EverGlow debe fotopolimerizarse capa a capa. No retire la capa de inhibición, puesto que afectará a la adhesión entre las capas. En caso de infraexposición, existe el riesgo de que el fraguado sea insuficiente.
BRILLIANT EverGlow es fotosensible. Evite la exposición continuada a la luz solar directa, especialmente la luz de operación.

Acabado
De grueso a fino con pulidores de diamante (40 µm y 15 µm) con un movimiento constante de fricción y un abundante rociado con agua.
Para obtener un pulido óptimo, se recomiendan las pulidoras COLTENE.

### Medidas de emergencia
Si el producto entra en contacto directo con la mucosa oral, simplemente enjuague con agua. Si entra en contacto con los ojos, aclárelos abundantemente con agua (10 min) y consulte con un oftalmólogo.

### Notas
Solo debe suministrarse a dentistas y técnicos dentales o bajo su prescripción. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Los tips están diseñados para un único paciente. Vuelva a colocar la tapa de las jeringas después de su uso.

### Vida útil y etiquetado
La fecha de caducidad y la identificación del LOT se encuentran en los envases y en el embalaje exterior.

### Almacenamiento
Conservar a 4-23 °C / 39-73 °F
Aléjelo de la exposición a la luz solar directa o a las fuentes de calor.

### Precaución
La ley federal estadounidense limita la venta de este producto a odontólogos o por orden de un odontólogo.

## Instruções de uso PT

### Definição
O BRILLIANT EverGlow é um composito Universal Submicrónico Híbrido de carga elevada e radiopaco, disponível em tonalidades universais, translúcidas e opacas.

### Composição
Metacrilatos
Vidro dentário
Sílica amorfa
Óxido de zinco

### Dados técnicos
Conforme com ISO 4049
Gama das dimensões das partículas de enchimento inorgânicas: 0,02-1,5 µm
Conteúdo de carga não-orgânica por volume: 56 %
Conteúdo de carga não-orgânica por peso: 74 %

### Indicações
BRILLIANT EverGlow tonalidades universais Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 e A4/C4 está indicado para:
- Enchimento direto de cavidades de Classe I, II, III, IV e V
- Vedação e reparação de restaurações de cerâmica e composito (p.ex. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow tonalidades translucidas Bleach Translucent (BL Trans) and Translucent (Trans) são indicados para:
- Correções de formato e cor para melhorar a estética individual
- Reconstrução dos bordos incisivais
- Vedação e reparação de restaurações de cerâmica e composito (p.ex. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow tonalidades opacas Bleach Opaque (OBL), Opaque A1 (OA1) Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) e Opaque A4 (OA4) são indicados para:
- Correções estéticas (p.ex., desvios cromáticos)
- Máscara de áreas escuras
- Formação de um núcleo de dentina

**Nota:** A capacidade de mascarar é controlada pela espessura da camada. Para obter um efeito ideal de mistura, sugere-se que se mantenha a espessura total da camada de tonalidade opaca o mais pequena possível e que se cubra com tonalidades universais.

### Contraindicações
No caso de alergia aos componentes do BRILLIANT EverGlow. Se não for possível isolar o campo de trabalho durante a polimerização do BRILLIANT EverGlow. No caso da higiene deficiente.

### Efeitos secundários
Não são conhecidos efeitos colaterais sistémicos. Em casos isolados casos isolados de alergias no contato com produtos de composição semelhante.

### Interações com outros agentes
Os agentes contendo eugenol podem afetar a polimerização dos compostos. O uso de cimentos de óxido de zinco-eugenol em combinação com o BRILLIANT EverGlow, portanto, deve ser evitado.
Podem ocorrer descolorações quando forem utilizados soluções bucais catiónicas, indicadores de placa ou clorexidina.

### Aplicação
Limpeza e isolamento
Limpe o dente a ser tratado e os dentes adjacentes.
Selecione a cor e crie uma área de trabalho seca.

Preparação da cavidade
Ao preparar a cavidade, deve-se empregar uma técnica que proteja a substância do dente (princípio da "técnica de restauração adesiva"). As bordas de esmalte na região anterior devem ser biseladas. Na região posterior, apenas as bordas de esmalte afiadas devem ser ligeiramente biseladas ou arredondadas.

Proteção da polpa
Deve ser aplicada uma forração apropriada para a proteção da polpa próxima a esta. Procedimento de acordo com as instruções de uso do fabricante.

Aplicação do agente adesivo
Aplique o agente adesivo (p.ex. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procedimento de acordo com as instruções de uso do fabricante.

Aplicação do BRILLIANT EverGlow
Aplique o material com a seringa ou tip e aplique-o na cavidade usando a técnica de incremento.

Polimerização
O BRILLIANT EverGlow pode ser polimerizado usando qualquer unidade de polimerização por luz (p.ex. S.P.E.C. 3®).

Máxima espessura da camada e tempos de cura:

| tonalidade | Espessura da camada | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² tempo de exposição |
|---|---|---|---|
| tonalidades universais e tonalidades translúcidas | 2 mm | 20 s | 10 s |
| tonalidades opacas | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Nota:** O BRILLIANT EverGlow deve ser polimerizado camada por camada. Não remova a camada de inibição (ver dados técnicos) que afeta a adesão entre as camadas. No caso de subexposição há o risco de polimerização insuficiente.
O BRILLIANT EverGlow é sensível à luz. Evite a posição contínua à luz direta, especialmente a luz de trabalho e/ou a luz solar.

Acabamento
De grosseiro ao fino com acabadores de diamante (40 µm e 15 µm) com um movimento constante e abundante rociado com água.
Para obter um efeito polimento ótimo, recomenda-se os polidores COLTENE.

### Medidas de emergência
Em caso de contato direto com a mucosa oral, simplesmente enxague com água. Se em contato com os olhos, enxágue com água abundante (10 min) e consulte um oftalmologia.

### Notas
Fornecimento exclusivo a dentistas e técnicos de prótese dentária ou sob instruções destes. Manter fora do alcance das crianças!
Os tips são para uso em um único paciente. Torne a tampar as seringas de composito após o uso.

### Prazo de validade e rotulagem
O prazo de validade e o LOT identificação do lote podem ser encontrados nos recipientes e na embalagem externa.

### Armazenagem
Guarde a 4-23 °C / 39-73 °F
Evite a exposição à luz solar direta ou fontes de calor.

### Cuidado
A legislação federal americana restringe a venda deste dispositivo a dentistas ou por ordem de médicos dentistas.

## Gebruiksaanwijzing NL

### Definitie
BRILLIANT EverGlow is een hooggevulde, radiopake, universele, submicron hybride composiet in verschillende universele, translucente en opake kleuren.

### Samenstelling
methacrylaten
glasvulmaterial
amorf silicium
zinkoxide

### Technische gegevens
Volldoet aan ISO 4049
Korrelgrootte van de anorganische vulstoffdeeltjes: 0,02-1,5 µm
Volumepercentage anorganische vulstoffen: 56%
Gewichtspercentage anorganische vulstoffen: 74%

### Indicaties
De BRILLIANT EverGlow universele kleurtinten Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3, A4/C4 zijn geïndiceerd voor:
- directe restaurative van caviteiten in klasse I, II, III, IV en V
- bevestigen en repareren van restaurative van keramiek en composiet (bijv. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow translucente Bleach Transcent (BL Trans) and Translucent (Trans) zijn gebruiksclaar voor:
- vorm- en kleurtintcorrecties voor verstering van de individuele tandkleur
- reconstructie van incisale randen
- bevestigen en repareren van restauraties van keramiek en composiet (bijv. BRILLIANT COMPONENT®)

De BRILLIANT EverGlow opake kleurtinten Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1) Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) en Opaque A4 (OA4) zijn geïndiceerd voor:
- esthetische correcties (bijv. verkleuring van de dentine)
- maskeren van donkere gebieden
- vormen van een dentinestomp

**Opmerking:** De maskeringseigenschappen hangen af van de gekozen laagdikte. Voor een optimal kleurverloop wordt aangeraden om de totale laagdikte van deze kleur zo dun mogelijk te maken en deze vervolgens af te dekken met universele kleurtinten.

### Contra-indicaties
Bij allergie tegen bestanddelen van BRILLIANT EverGlow. Als het werkgebied niet kan worden drooggehield tijdens het appliceren en uitharden van BRILLIANT EverGlow. Bij onvoldoende mondhygiëne.

### Bijwerkingen
Er zijn geen systemische bijwerkingen bekend. In zeldzame gevallen zijn contactallergieën voor producten met een soortgelijke samenstelling beschreven.

### Opmerkingen
Wordt alleen geleverd aan of op instructie van tandartsen en tandtechnici. Buiten bereik van kinderen bewaren!
De tips mogen maar voor één patiënt worden gebruikt. Bering na gebruik de dop weer aan op de composietspuiten.

### Houdbaarheid en etikettering
Kijk voor de vervaldatum en LOT en het batchnummer op de containers en de verpakking.

### Bewaren
Bewaren bij een temperatuur van 4-23°C.
Niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

### Let op
Op grond van de federale wetgeving in de VS mag dit apparaat alleen worden geleverd aan of op instructie van tandartsen.

## Brugsanvisning DA

### Definition
BRILLIANT EverGlow er en højfyldt, røntgenfast universel submikron-hybridkomposit, der fås i universal, gennemskinnelige og opakke farver.

### Sammensætning
Metacrylater
Dental glas
Amorf silciumdioxid
Zinkoxid

### Tekniske data
Der skal overholdelse med ISO 4049
Mål-område for uorganiske fyldstofpartikler: 0,02-1,5 µm
Uorganisk filterindhold efter mase: 56 %
Uorganisk filterindhold efter vægt: 74 %

### Indikationer
BRILLIANT EverGlow universelle farver Bleach (BL) A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 og A4/C4 er indiceret til:
- Direkte fyldning af klasse I-, II-, III-, IV- og V-kavitetter
- Cementering og reparation af keramiske og kompositte restaureringer (f.eks. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow gennemskinnelige farver Bleach Translucent (BL Trans) og Translucent (Trans) er egnede til:
- Form- og farvekorrigeringer med henblik på at forbedre den individuelle estetik
- Rekonstruktion af incisalkanten
- Cementering og reparation af keramiske og kompositte restaureringer (f.eks. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow opakke farver Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1) Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) og Opaque A4 (OA4) er indiceret til:
- Æstetiske korrektioner (f.eks. farveafvigelser)
- Maskering af mørke områder
- Afrenede af dentinkerne

**Bemærk:** Maskeringsevnen er afhængig af lagtykkelse. For at opnå en optimal blandingsvirkning anbefales det at holde den samlede, opakke lagtykkelse som en mulig og at dæk det med universelle farver.

## Kasutusjuhend ET

### Kirjeldus
BRILLIANT EverGlow on tihe röntgenkontrastne universaalne submikron-hübriidkomposiit ja see on saadaval universaalses, läbipaistvas ja läbipaistmatas värvitoonis.

### Koostis
Metakrülaadid
Klaasfiller
Amorfne räniidioksüid
Tsinkoksiid

### Tehnilised andmed
Vastavuses standardiga ISO 4049
Anorgaanilise täiteosakese suuruse varieerumus: 0,02-1,5 µm
Anorgaanilise täiteosa maht: 56%
Anorgaanilise täiteosa kaalu järgi: 74%

### Näidustused
BRILLIANT EverGlow universaalse värvitoonidega Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 ja A4/C4 näidustused on järgmised.
- Otsene täidis I, II, III, IV ja V klassi kaviteetide otsene täitmine ja parandamine
- Komposiit- ja portselanrestaureerimiste (nt BRILLIANT COMPONENT®) taastemeetmete ja parandamine

BRILLIANT EverGlow läbipaistmatute värvitoonidega Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) ja Opaque A4 (OA4) näidustused on järgmised.
- Esteetilised korrektsioonid (nt värvihälbed)
- Tumedate alade katmine

### Vastunäidustused
**Märkus:** kaetuvat juhtitakse läbi paksusega. Optimaalse sulandumisefekti saavutamiseks soovitatakse hoida kõige läbipaistmatu värvitooniga kõik nõrgemad kihid ja seejärel katta universaalsete värvitoonidega.

### Vastunäidustused
Metallilise BRILLIANT EverGlow' sisaldusainete suhtes. Kui paigaldusklahvis ei ole võimalik isolemaa ja kõvastumisel BRILLIANT EverGlow' paigaldamisel ja kõvenemisel ajal. Halva suuhigiieni korral.

### Suugolmu trukmé ir jenkinmas
Nedofrastsiyalinger
Sulfamaitsilisi kõvatuismeid pole teada. Samaste koostisosadega toodetega kokkupuutel ennekõiki juhtudel kontaktallergiat.

### Laikymas
Laikykite 4-23 °C / 39-73 °F temperatūrose.
Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių.

### Dėmesio
Pagal federalinius įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik dantų gydytojui arba jo užsakymu.

### Sudėtis
Metakrilatai
Odontologinis stiklas
Amorfinio silicio dioksidas
Cinko oksidas

### Techniniai duomenys
Atitinka ISO 4049
Neorganinės užpildo dalelių matmenų diapazonas: 0,02-1,5 µm
Neorganinės užpildo tūrio dalis: 56 %
Neorganinės užpildo svorio dalis: 74 %

### Indikacijos
„BRILLIANT EverGlow" universalūs atspalviai Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 ir A4/C4 indikuojami šiems paskirtims:
- Tiesioginis I, II, III, IV ir V klasės ertmių užpildymas
- Kompositinių ir keraminių restauracijų (pvz., „BRILLIANT COMPONENT®") atlaisymas ir remontas

„BRILLIANT EverGlow" permatomi atspalviai Bleach Translucent (BL Trans) und „Translucent" (Trans) indikuojami šiems paskirtims:
- Formos ir spalvos korekcijos estetinei vertei padidinti
- Kraštinės briaunos rekonstrukcija
- Kompositinių ir keraminių restauracijų (pvz., „BRILLIANT COMPONENT®") glaistymas ir remontas

„BRILLIANT EverGlow" nepermatomi atspalviai „Opaque Bleach" (OBL), „Opaque A1" (OA1), „Opaque A2 (OA2), „Opaque A3 (OA3) ir Opaque A4 (OA4) indikuojami šiems paskirtims:
- Estetinės korekcijos (pvz., paktiusios spalvos)
- Tamsių sričių maskavimas
- Dentino branduolio formavimas

**Pastaba:** maskavimo galimybė priklauso nuo sluoksnio storio. Optimaliam efektui pasiekti siūlyti šiek tiek silpnesnius atspalvius judesius 

# BRILLIANT EverGlow®

## Aplitsesemine

Puhastamine ja isoleerimine

Puhastage ravitav hammas ja selle kõrval asuvad hambad.

Valige sõrv niisugustele tõdedele.

## Augu ettevalmistamine

Augu ettevalmistamisel tuleb valida tehnika, mis on hambakivile kõige oomem (adhesiivse restaureerimistehnika puhul). Esiopsid eelvad vaid baaga kaetud servad tuleb tõödela kaldu. Tagumises pooles tuleb tõödela ainult teravad servad baaga kaetud nurki kergelt vilts või oimaras.

## Seguvõtmine

Valige segu kaitsev kattepaber tuleks asetada seguläbedale. Tooteja kasutusjuhendile vastav protseduur.

## Sideaine aplitseerimine

Aplitsesiga sideaine (nt ONE COAT 7 UNIVERSAL). Tooja kasutusjuhendile vastav protseduur.

## BRILLIANT EverGlow® aplitseerimine

Suru materjal süstlast või otsikust välja ja asetsa see hambaauku, kasutades juurdelisamise tehnikat.

## Polümerisatsioon

BRILLIANT EverGlow® saab polümeriseerida, kasutades säiskiitse millist polümerisatsioonil lampi (nt S.P.E.C. 3®).

Kihi maksimaalne paksus ja kõvenemine ajast:

| Värvitoon | Kihi paksus | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | Toimeaeg | |
| universaalsed värvitoonid, läbipaistvad | 2 mm | 20 s | 10 s |
| läbipaistmatud värvitoonid | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Märkus:** BRILLIANT EverGlow® peab polümeriseerima kõik kihid. Ärge eemaldage inhibeeritud kihti, sest see mõjutada võib sidemetugevust. Ebapiisava polümeriseerimise tagajärjel võib kõvastumine olla mittekiladane.
BRILLIANT EverGlow on valgustundlik. Vältige pikemat otsest päikesevalgust, eriti operatsioonja/või plakeevalgust.

## Viimistlemine

Lihvige kõvaksjõud pimedas teemantvilliga (40 µm ja 15 µm) jätkuva pühkimisliigutusega ning pisendage pilvaraft vett.
Parimate tulemuste saavutamiseks, soovitame viile COLTENE.

## Erakorraline meetmed

Juu ilmaisteloga otsest kokkupuutel loputage suud veega. Otsesel kokkupuutel silmadega loputage pühkidel silmi (10 min) konsultereetge silmaarstiga.

## Märkused

Kõvaksjõuts ainult hambaarstidele ja hambatehnikutele või nende juhendamisel. Hoidke lastele kättesaamatus kohal!
Otsikud on kasutamiseks vaid ühe patsiendi jaoks. Sulgege kompositsioonid sisalt korgiga pärast iga kasutuskeda.

## Säilivusaeg ja mõgistus

Säilivuskuupäevana ja LOT partiinumbri leiate anumatelt ning valikleti pakendilt.

## Säilitamine

Säilitage temperatuuril 4-23 °C / 39-73 °F
Hoidke eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.

## Ettevaatusti

Fõdemaabuudele alusel on seda seadet lubatud müüa ainult arstil või arsti korraldusel.

## Návod k použití — CS

## Popis

BRILLIANT EverGlow je univerzální submikronové hybridní nanogen-kontrastní kompozitum a je vhodný k univerzálních, translucentních a opákních odstínech.

## Složení

Metakrylátyy
Dimetakrylátyy
Amorfní oxid křemičitý
Oxid zirconia

## Technické údaje

Ve shodě s ISO 4049
Rozsah rozměrů částic
anorganického plnivo: 0,02-1,5 µm
Objemový obsah
anorganického plnivo: 56 %
Hmotnostní obsah
anorganického plnivo: 74 %

## Indikace

Univerzální odstíny BRILLIANT EverGlow (BL1, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 a A4/C4 jsou indikovány pro:
- Přímé výplně kavit I., II., III., IV. a V. třídy
- Upevňování a opravy kompozitních a keramických výplní (např. BRILLIANT COMPONENT®)

Translucentní odstíny BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans) und Translucent (Trans) jsou indikovány pro:
- Tvarové korekce kvality pro zlepšení individuální estetického vzhledu
- Rekonstrukce incisních hran
- Upevňování a opravy kompozitních a keramických výplní (např. BRILLIANT COMPONENT®)

Opákní odstíny BRILLIANT EverGlow Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) a Opaque A4 (OA4) jsou indikovány pro:
- Estetické korekce (např. korekce barevných odstínů)
- Zakrytí tmavých míst
- Vytváření dentinového jádra

**Poznámka:** Schopnost krýt se řídí tloušťkou vrstvy. K dosažení optimálního účinku barevného splynutí se doporučuje udržovat celkovou tloušťku vrstvy opákního odstínu co nejmenší a překrýt ji univerzálními odstíny.

## Kontraindikace

V případě alergie na složky BRILLIANT EverGlow. Pokud nelze během nanášení a vytvrzování BRILLIANT EverGlow izolovat pracovní pole, V přítomnosti zvlhčovadel.

## Nežádoucí účinky

Nejsou známy žádné systémové nežádoucí účinky. V ojedinělých případech byla hlášena kontaktní alergie na produkty s podobným složením.

## Interakce s jinými přípravky

Přípravky, které obsahují eugenol, mohou nepříznivě ovlivnit polymerizaci kompozit. Je proto nutné ve vyhnout použití cementů obsahujících oxid zinečnatý a eugenol v kombinaci s BRILLIANT EverGlow.
Při použití kationotvorných iontích vod, indikátorů plaku nebo chlorhexidinu může dojít k diskoloraci.

## Použití

Odstraňte zubní zubní kámen a sousední zuby.
Vyberte barvu a vytvořte suché pracovní pole.

Preparace kavity
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky šetrné k zubním tkáním (pomocí techniky pro adhesivní výplně). Ve frontálním úseku je třeba zbosit okraje skloviny. V distálním úseku je zapotřebí mírně zbosit nebo zaoblit pouze ostré okraje skloviny.

Ochrana zubní dřeně
V hlubné řednosti zubní dřeně je zapotřebí použít vhodný podkládací materiál na ochranu zubní dřeně. Postupujte podle návodu k použití výrobce.

Nanášení vazebného prostředek
Nanesete vazebný prostředek (např. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Postupujte podle návodu k použití výrobce.

Nanášení BRILLIANT EverGlow
Vytlačte materiál ze stříkačky nebo hrotu a nanášejte ho technikou po-vrstvě.

Polymerace
BRILLIANT EverGlow lze vytvrzovat jakoukoli polymerační lampou (např. S.P.E.C. 3®).

Maximální tloušťka vrstvy a časy polymerace:

| univerzální odstíny | Tloušťka vrstvy | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | expoziční doba | |
| univerzální odstíny, translucentní odstíny | 2 mm | 20 s | 10 s |
| opákní odstíny | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Poznámka:** BRILLIANT EverGlow se musí vytvrzovat vrstvu po vrstvě. Neodstraňuje inhibiční vrstvu, protože by to neúčinné ovlivnilo přilnavost mezi vrstvami. V případě nedostatečné expozice existuje riziko nedostatečné polymerace.
BRILLIANT EverGlow je citlivý na světlo. Nemá dojít k trvalé expozici přímému slunečnímu světlu a/vlásté provozovnu osvětlení a/nebo slunečnímu světlu.

Dokončování
Použití diamantových leštících nástrojů od hrubých až po jemné (40 µm a 15 µm) za konstantního pohybu a ochlazování vodným mnoštvím vody.
Pro dosažení optimálního leštěcího výsledků se doporučují leštícího COLTENE.

## Bezpečnostní opatření

Pokud dojde k přímému styku se sliznicí v dutině ústní, provedte vyplachování ústní dutiny nejméně vnikneuti do očí, ocí důkladně vypláchujte vodou (10 minut) a konzultujte očního lékaře.

## Pozn.

Dodává se pouze zubním technikům a zubním laboratořím nebo na základě jejich objednávky.

## Kontraindikácie — SK

Na alergiu z BRILLIANT EverGlow komponentov.
Ak sa nedá nejm izolácia pracovnej oblasti BRILLIANT EverGlow akumulácia ešte polimerizácia alatt. Na ovlažňujúcim agenmz.

## Nežiadoucí účinky

Neboli zistené žiadne systémové nežiadoucie účinky. V ojedinelých prípadoch bola hlásená kontaktná alergia na produkty s podobným zložením.

## Interakcie s inými prípravkami

Prípravky, ktoré obsahujú eugenol, môžu nepriaznivo ovplyvniť polymerizáciu kompozit. Je preto nutné vo vyhnúť použiti cementu obsahujúcich oxid zinečnatý a eugenol v kombinácii s BRILLIANT EverGlow.
Pri použití kationotvorných iontových vod, indikátorov poslaní alebo chlorhexidínu môže dôjsť ku diskoloráciám.

## Použitie

Odstráňte zubný kameň a susedné zuby.
Vyberte farbu a vytvorte suché pracovné poľe.

Príprava kavity
Je-li to jen trochu možné, mělo by být při preparaci kavity použity techniky šetrné k zubním tkáním (pomocí techniky pro adhesivní výplně). Ve frontálním úseku je třeba zbosit okraje skloviny. V distálním úseku je zapotřebí mírně zbosit nebo zaoblit pouze ostré okraje skloviny.

Ochrana zubní dřeně
V hlavné řednosti zubní dřeně je zapotřebí použít vhodný podkládací materiál na ochranu zubní dřeně. Postupujte podle návodu k použití výrobce.

Nanášení vazebného prostředek
Nanesete vazebný prostředek (napr. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Postupujte podle návodu k použití výrobce.

Nanášení BRILLIANT EverGlow
Vytlačte materiál ze stříkačky nebo hrotu a nanášejte ho technikou po-vrstvě.

Polymerizácia
BRILLIANT EverGlow je vysoko napätiový, rýchlo kontrastný, univerzálny submikronový hybridný kompozit. Je vhodný v odtieňoch: univerzálny, translucentný a opákny.

## Zloženie:

metakrylaty,
dimetakrylaty,
amorfná silica,
oxid zirconiaty.

## Technické údaje

Podľa ISO 4049
Rozsah veľkostí anorganických
plnidiel: 0,02-1,5 µm
Objemový obsah anorganického plniva: 56 %
Hmotnostný obsah anorganického plniva: 74 %

## Indikácie

Univerzálne odtiene BRILLIANT EverGlow (BL1, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 a A4/C4 sú indikované pre:
- priamu výplň kavít triedy I, II, III, IV a V.
- Upevňovanie a opravy kompozitných a keramických výplní (napr. BRILLIANT COMPONENT®)

Translucentné odtiene BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans) a Translucent (Trans) sú indikované na:
- úpravu tvaru a farby na zvýšenie individuálnej estetiky,
- rekonštrukciu rezných hrán,
- trvalenie a opravu kompozitných a keramických výplní (napr. BRILLIANT COMPONENT®).

Opákne odtiene BRILLIANT EverGlow Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) a Opaque A4 (OA4) sú indikované na:
- Estetické korekcie (napr. korekcie farieb odtieňov)
- Zakrytie tmavých miest
- Vytvorenie dentínového jadra

**Poznámka:** Schopnosť krytia sa riadi hrúbkou vrstvy. K dosiahnutiu optimálneho účinku farebného splynutia se doporučuje udržovať celkovú hrúbku vrstvy opákneho odtieňu čo najmenšiu a prekryť ji univerzálnimi odtieňmi.

## Kontraindikace

V případě alergie na složky BRILLIANT EverGlow. Pokud nelze během nanášení a vytvrzování BRILLIANT EverGlow izolovat pracovní pole. V přítomnosti zvlhčovadel.

## Nežádoucí účinky

Nejsou známy žádné systémové nežádoucí účinky. V ojedinělých případech byla hlášena kontaktní alergie na produkty s podobným složením.

## Interakce s jinými přípravky

Přípravky, které obsahují eugenol, mohou nepříznivě ovlivnit polymerizaci kompozit. Je proto nutné ve vyhnout použití cementů obsahujících oxid zinečnatý a eugenol v kombinaci s BRILLIANT EverGlow.
Při použití kationotvorných iontových vod, indikátorů plaku nebo chlorhexidinu může dojít k diskoloraci.

## Použití

Odstraňte zubní kámen a sousední zuby.
Vyberte barvu a vytvořte suché pracovní pole.

Příprava kavity
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky šetrné k zubním tkáním (pomocí techniky pro adhesivní výplně). Ve frontálním úseku je třeba zbosit okraje skloviny. V distálním úseku je zapotřebí mírně zbosit nebo zaoblit pouze ostré okraje skloviny.

Ochrana zubní dřeně
V hlavní řednosti zubní dřeně je zapotřebí použít vhodný podkládací materiál na ochranu zubní dřeně. Postupujte podle návodu k použití výrobce.

Nanášení vazebného prostředek
Nanesete vazebný prostředek (např. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Postupujte podle návodu k použití výrobce.

Nanášení BRILLIANT EverGlow
Vytlačte materiál ze stříkačky nebo hrotu a nanášejte ho technikou po-vrstvě.

Polymerizácia
BRILLIANT EverGlow je vysoko napätiový, rýchlo kontrastný, univerzálny submikronový hybridný kompozit. Je vhodný v odtieňoch: univerzálny, translucentný a opákny.

## Zloženie:

metakrylaty,
dimetakrylaty,
amorfná silica,
oxid zirconiaty.

## Technické údaje

Podľa ISO 4049
Rozsah veľkostí anorganických
plnidiel: 0,02-1,5 µm
Objemový obsah anorganického plniva: 56 %
Hmotnostný obsah anorganického plniva: 74 %

## Indikácie

Univerzálne odtiene BRILLIANT EverGlow (BL1, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 a A4/C4 sú indikované pre:
- priamu výplň kavít triedy I, II, III, IV a V.
- Upevňovanie a opravy kompozitných a keramických výplní (napr. BRILLIANT COMPONENT®).

Translucentné odtiene BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans) a Translucent (Trans) sú indikované na:
- úpravu tvaru a farby na zvýšenie individuálnej estetiky,
- rekonštrukciu rezných hrán,
- trvalenie a opravu kompozitných a keramických výplní (napr. BRILLIANT COMPONENT®).

Opákne odtiene BRILLIANT EverGlow Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) a Opaque A4 (OA4) sú indikované na:
- Estetické korekcie (napr. korekcie farieb odtieňov)
- Zakrytie tmavých miest
- Vytvorenie dentínového jadra

**Poznámka:** Schopnosť krytia sa riadi hrúbkou vrstvy. K dosiahnutiu optimálneho účinku farebného splynutia se doporučuje udržovať celkovú hrúbku vrstvy opákneho odtieňu čo najmenšiu a prekryť ji univerzálnimi odtieňmi.

## Kontraindikácie

Na alergiu z BRILLIANT EverGlow komponentov.
Ak sa nedá nejm izolácia pracovnej oblasti BRILLIANT EverGlow akumulácia ešte polimerizácia alatt. Na ovlažňujúcim agenmz.

## Nežiadoucí účinky

Neboli zistené žiadne systémové nežiadoucie účinky. V ojedinelých prípadoch bola hlásená kontaktná alergia na produkty s podobným zložením.

## Interakcie s inými prípravkami

Prípravky, ktoré obsahujú eugenol, môžu nepriaznivo ovplyvniť polymerizáciu kompozit. Je preto nutné vo vyhnúť použiti cementov obsahujúcich oxid zinečnatý a eugenol v kombinácii s BRILLIANT EverGlow.
Pri použití kationotvorných iontových vod, indikátorov poslaní alebo chlorhexidínu môže dôjsť ku diskoloráciám.

## Použitie

Odstráňte zubný kameň a susedné zuby.
Vyberte farbu a vytvorte suché pracovné poľe.

Príprava kavity
Pri preparácii kavity sa má používať technika šetrná k zubnej tkanive (princíp „adhezívnej výplne kontrolovanej technikou"). Skloviné okraje v prednej časti sa majú zbosiť. V zadnej oblasti sa majú miešne skoslé alebo zaoblí len ostré skloviné okraje.

Ochrana dreňa
V tesnej blízkosti dreňa sa má naniesť vhodný liner na ochranu dreňa. Postupujte podľa návodu na použitie dodaného výrobcom.

Aplikácia bondovacieho prípravku
Naneste bondovací prípravok (napr. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Postupujte podľa návodu na použitie dodaného výrobcom.

Aplikácia BRILLIANT EverGlow
Vytlačte materiál zo striekačky alebo naneste do kavity pomocou inkrementálnej techniky vrstva-po-vrstve.

Polymerizácia
BRILLIANT EverGlow sa môže vytvrdiť pomocou akéhoľvek zariadenia na vytvrdzovanie svetlom (napr. S.P.E.C. 3®).

Maximálna hrúbka vrstvy a časy vytvrdzovania:

| odtieň | Hrúbka vrstvy | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | čas vytvrdzovania | |
| univerzálne odtiene, translucentné odtiene | 2 mm | 20 s | 10 s |
| opákne odtiene | 1 mm | 20 s | 10 s |

**Poznámka:** Materiál BRILLIANT EverGlow sa musí vytvrdzovať vrstva po vrstve. Neodstraňuje inhibičnú vrstvu, ovplyvniť by to adhéziu medzi vrstvami. V prípade nedostatočného vytvrdzovania existuje riziko nedostatočné polymerace.
BRILLIANT EverGlow je citlivý na svetlo. Nesmú dôjsť k trvalé expozícii priamemu slnečnému svetlu a/alebo prevozníku osvetlení a/nebo slnečnému svetlu.

Dokončovací
Použiť diamantových leštících nástrojů od hrubých až po jemné (40 µm a 15 µm) za konstantního pohybu a ochlazování vodným množstvím vody.
Pro dosažení optimálních leštěcích výsledků se doporučují leštícího COLTENE.

## Bezpečnostní opatření

Pokud dojde k přímému styku se sliznicí v dutině ústní, provedte vyplachování ústní dutiny nejméně vnikneuti do očí, oči důkladně vypláchujte vodou (10 minut) a konzultujte očního lékaře.

## Pozn.

Dodává se pouze zubním technikům a zubním laboratořím nebo na základě jejich objednávky.

## 取扱説明書 — JA

## 定義

BRILLIANT EverGlow は、高密度フィラー含有サブミクロンゲイブリッド歯科用不透過性ユニバーサル、トランスレント、opaqueのシェードが色の充填材。

## 組成

メタクリレート
歯科用ガラス
高感度シリカ
酸化亜鉛

## テクニカルデータ

ISO 4049準拠
無機充填剤粒子の
寸法範囲: 0.02–1.5 µm
無機充填剤含量（体積）: 56 %
無機充填剤含量（重量）: 74 %

## 適応

BRILLIANT EverGlow universal シェード（BL1, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3, A4/C4は以下を適応としています。
- 直接充填
- 切端の再構成
- セラミックおよびコンポジットレストレーション（BRILLIANT COMPONENER® などの合着

BRILLIANT EverGlow translucent シェード（BL Trans）および Translucent (Trans) は以下を適応としています。
- 個々の歯の審美性を高めるための形状と色の修正
- 切端の再構成
- セラミックおよびコンポジットレストレーション（BRILLIANT COMPONENER® などの合着と修復

BRILLIANT EverGlow opaque シェード（OBL, Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) および Opaque A4 (OA4) は以下を適応としています。
- 審美補正（彩度の改善など）
- 暗すぎる歯根部の隠蔽
- 象牙質コアの形成

**注記:** ママスキング能力は層の厚さコントロールにより、最適の審美効果を得るため、トータルの不透明シェード層の厚さをできるだけ薄く保ち、universal シェードでそれを被覆することを推奨しています。

## 禁忌

BRILLIANT EverGlow の成分に対するアレルギーの場合。BRILLIANT EverGlow の硬化および硬化中に治療箇所を隔離できない場合。これらの湿潤剤を用いる場合。

## 副作用

全身性副作用の報告はありません。ごくまれに、ごく少数の患者様に使用した結果、コンポジットに対するアレルギーの特殊な症例が報告されています。

## 他の製品等との相互作用

オイゲノールを含む製品はコンポジットの重合に影響するおそれがあります。ここでは、BRILLIANT EverGlow とご組合せ頂いてはいけません。
カテキンを含む飲料、タバコ、ハーブティーなどは、BRILLIANT EverGlow の変色を引き起こすおそれがあります。

## 使用

グリーニングと処置
治療する歯と近隣の歯をクリーニングします。
ラバーダムを用いて、乾燥した作業領域を作成します。

## カラーの選択

色を選択し、作業領域にカラーシェードを置きます。

## 歯面の保護

歯髄に近くない場所には適切な歯面保護ライナーを塗布します。メーカーの取扱説明書の手順に従ってください。

## 接着剤の塗布

接着剤（ONE COAT 7 UNIVERSAL など）を塗布します。メーカーの取扱説明書の手順に従ってください。

BRILLIANT EverGlow のシェード

シリンジまたはチップからコンポジットを少量取り、機器法を用いてカ所に塗布します。

## 重合

BRILLIANT EverGlow はどんな光硬化装置（S.P.E.C. 3® など）でも硬化可能です。

層の最大厚と硬化時間:

| シェード | 層の厚さ | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | 照射時間 | |
| universalシェード, translucentシェード | 2 mm | 20 s | 10 s |
| opaqueシェード | 1 mm | 20 s | 10 s |

**注記:** BRILLIANT EverGlow は層ごとに硬化を必要があります。層と層の重合に影響するため、照射量を除去しないでください。照射時間が長すぎると、ごくまれにですが、BRILLIANT EverGlow は光感受性です。直射日光、とくに作業時間中日光に長時間曝露することは避けてください。

## 仕上げ

一つの研磨セットを少なくとも濡れたまま、水で洗い流すことにより、仕上げ用ダイヤモンド（40 µmおよび15 µm）を使用します。
研磨剤としてCOLTENE ポリッシャーを推奨しています。

## 緊急時の対応

粘膜に直接に接触した場合は、水で洗い流すことが必要です。眼に入った場合は、水で2分間（10分）、眼科医に相談してください。

## 注記

製品の提供は、歯科医および歯科技工士あるいはその指示による場合に限られます。子供の手の届かないところに保管してください！
チップは患者毎に使い捨てにしてください。使用後はコンポジットシリンジのキャップを再度閉じます。

## 使用期限および ラバーダム表示

使用期限およびロット番号 印刷は、容器および外箱の両方に表示されています。

## 保管

4–23 °C / 39–73 °F で保管
直射日光や熱源を避けて保管してください。

## 注意

未硬化材及び法により、本機器の販売または法定医師のみに制限されています。

## 使用説明 — RU

## Описание

BRILLIANT EverGlow представляет собой высококонтрастный, рентгеноконтрастный универсальный субмикронный гибридный композит, который в тех группах цветов, разрешающих по степени отяжелости оттенок: универсальный, прозрачный и непрозрачный.

## Состав

Метакрилаты
Стекловатистое стекло
Аморфный диоксид кремния
Оксид циркония

## Технические данные

Соответствует требованиям ISO 4049
Размеры частиц неорганических наполнителей: 0,02–1,5 мкм
Содержание неорганических наполнителей по объему: 56 %
Содержание неорганических наполнителей по весу: 74 %

## Показания

Универсальные оттенки BRILLIANT EverGlow Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 и A4/C4 предназначены для:
- прямого пломбирования полостей I, II, III, IV и V классов
- пломбирования и восстановления керамических и композитных реставрацій (например, BRILLIANT COMPONENT®).

BRILLIANT EverGlow прозрачного відтінку Bleach Translucent (BL Trans) та Translucent (Trans) призначений для:
- корекцій форми та кольору для поліпшення індивідуальної естетики;
- реконструкції ріжучих країв;
- пломбування та відновлення керамічних та композитних реставрацій (наприклад, BRILLIANT COMPONENT®).

BRILLIANT EverGlow дентинних (опакових) відтінків Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1) , Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) та Opaque A4 (OA4) призначений для:
- естетичних корекцій (наприклад, у випадку відрізняння насиченості відтінку);
- маскування темних ділянок;
- формування твердої тканини зуба.

**Примітка.** Маскувальна здатність залежить від товщини шару. З метою досягнення оптимального маскувального ефекту пропонується робити шари дентинного (опакового) відтінку якомога тоншими та покривати їх універсальними відтінками.

## Протипоказання

Випадки алергії на компоненти BRILLIANT EverGlow. Якщо неможливо ізолювати операційне поле під час нанесення та полімеризації BRILLIANT EverGlow. У присутності вологвисушувачів.

## Побічні реакції

Випадки виникнення системних побічних реакцій не відомі. Відомі окремі випадки контактних алергій на продукти зі схожим складом.

## Взаємодія з іншими речовинами

Речовини, які містять евгенол, можуть впливати на процес полімеризації композита. Тому не рекомендується використовувати цемент-оксид-евгенольних цементів разом з BRILLIANT EverGlow. Можливе знебарвлення у випадку використання катіонних для полоскання рота, засобів для виявлення нальоту та зубах або хлоргексидину.

## Застосування

Очищення та ізоляція
Очистіть зуб, що оброблюється, та сусідні зуби. Обаріть колір відтінку та підготуйте суче робоче поле.

Препарування порожнини
Під час препарування порожнини слід дотримуватись всіх зусиль для збереження суб'єктивної зуба та використовуватіи відповідні техніки (приклад адгезивної техніки реставрації). Слід скоснувати краї емалі у дзвиної передніх зубів. У дзвиної задніх зубів слід трохи скошувати або заокруглювати лише гострі краї емалі.

Захист пульпи
Слід застосовувати захисне покриття для пульпи в її безпосередній близькості. Дотримуйтеся процедури згідно інструкції для застосування від виробника.

Застосування адгезиву
Застосувати адгезив (наприклад, ONE COAT 7 UNIVERSAL). Дотримуйтеся процедури згідно інструкції для застосування від виробника.

Нанесення BRILLIANT EverGlow
Видавити матеріал зі шприца або насадки та внести безпосередньо в порожнину невеликими порціями.

Полімеризація
BRILLIANT EverGlow можна полімеризувати будь-яким полімеризаційним приладом (наприклад, S.P.E.C. 3®).

Максимальна товщина шару та час полімеризації:

| відтінок | Товщина шару | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|---|
| | | час експозиції | |
| універсальні відтінки, прозорі відтінки | 2 мм | 20 с | 10 с |
| дентинні (опакові) відтінки | 1 мм | 20 с | 10 с |

**Примітка.** BRILLIANT EverGlow необхідно полімеризувати пошарово. Не видаляти інгібівавний шар, тому що він впливає на зчеплення між шарами. У випадку недостатньої експозиції існує ризик того, що не буде досягнуто оптимальної міцності.
BRILLIANT EverGlow чутливий до світла. Уникати тривалого впливу прямого сонячного світла, особливо операційних ламп та/або сонячного освітлення.

Фінішна обробка
Застосуйте фінішні алмазні бори від грубого до дрібного зернистості (40 мкм та 15 мкм) безперервним поглядуючим рухами та з інтенсивним охолодженням водою.
Рекомендовано використовувати полірні системи COLTENE для досягнення оптимальних результатів полірування.

## Заходи екстреної допомоги

У випадку безпосереднього контакту зі слизовою оболонкою ротової порожнини просто промити ротовою водою. У випадку попадання в очі протягом принаймні одної хвилини ретельно промийте очі водою (10 хв.) та зверніться до офтальмолога.

## Примітки

Призначений для продажу виключно стоматологам та зубним техникам або за їх вказівкою. Зберігати в недоступному для дітей місці!
Насадки передбачені для використання лише одним пацієнтом. Закрити капсулою-шприцем з композитом після використання.

## Термін придатності та маркування

Термін придатності та LOT ідентифікаційний номер вказані на контейнері та зовнішній упаковці.

## Умови зберігання

Зберігати за температури 4–23 °C / 39–73 °F
Зберігати від попадання прямих сонячних променів або поодал від джерел тепла.

## Kullanım talimatları — TR

## Tanım

BRILLIANT EverGlow buldurucu oranı yüksek, radyopaq bir Universal Submikron Hibrit Kompozitte ve üniversal, yarı saydam ve opak renklerde sunulmaktadır.

## Bileşimi

Metakrilatlar
Dental cam
Amorf silika
Çinko oksit

## Teknik Veriler

ISO 4049'a uygundur
Inorganik doldurucu parçacıklarının
Oyut aralığı: 0,02–1,5 µm
Hacimce inorganik doldurucu içeriği: %56
Ağırlıkça inorganik doldurucu içeriği: %74

## Endikasyonlar

BRILLIANT EverGlow'un universal renkler Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 ve A4/C4 aşağıdaki durumlarda endikedir:
- Sınıf I, II, III, IV ve V kavitelerin direkt dolgusu
- Kompozit ve seramik restorasyonların yapıştırılması ve onarımı (örn. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow'un saydam renkleri Bleach Translucent (BL Trans) und Translucent (Trans) aşağıdaki durumlarda endikedir:
- Bireysel estetiği artırmak amaçlı şekil ve renk düzeltmeleri
- İnsizal kenarların rekonstrüksiyonu
- Kompozit ve seramik restorasyonların yapıştırılması ve onarımı (örn. BRILLIANT COMPONENT®)

BRILLIANT EverGlow opak renkler Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A2 (OA2), Opaque A3 (OA3) ve Opaque A4 (OA4) aşağıdaki durumlarda endikedir:
- Estetik düzeltmeler (örneğin renk bozuklukları)
- Koyu renkli alanların maskelenmesi
- Dentin çekirdek oluşturulması

**Not:** Maskeleme yetkinliği, tabakanın kalınlığıyla kontrol edilir. Optimum bir uyum etkisi elde etmek için, toplam opak renk tabakası kalınlığını mümkün olduğunca düşük tutmak ve üzerini üniversal renklerle kaplamak önerilir.

## Kontrendikasyonlar

BRILLIANT EverGlow bileşenlerine karşı alerji. BRILLIANT EverGlow'un uygulanması ve sertleştirilmesi sırasında alanın izole edilmesinin mümkün olmaması halinde.

## Yan etkiler

Bilinen herhalik yan etkisi yoktur. İçok vakalarda benzer bileşime sahip ürünlerde temas alerjisi bildirilmiştir.

## Başka maddelerle etkileşim

Öjenol içeren ajanlar kompozitlerin polimerizasyonunu etkileyebilir. Bu nedenle çinko oksit öjenol simanlarını BRILLIANT EverGlow ile birlikte kullanmından kaçınılmalıdır.
Katyonik ağız çalkalama suyu, plak göstergeleri veya klorheksidin kullanılırken renk bozulmaları olabilir.

## Uygulama

Temizlemek ve izolasyon
Tedavi edilecek dişi, hem bitişiğindeki dişleri temizleyin.
Rengi seçin ve kuru bir çalışma alanı oluşturun.

Kavitenin preparasyonu
Kavite preparasyonunda, diş maddesine karşı nazik teknikler kullanılmalıdır (Adezif Restorasyon Tekniği ilkesi). Anterior bölgedeki mine kenarlarını bizote edilmelidir. Posterior bölgede, sadece keskin mine kenarları hafif bizote veya yuvarlatılmış olmalıdır.

Pulpanın Korunması
Pulpanın yakınına uygun bir pulpa koruyucu astar uygulanmalıdır. Prosedür üreticinin kullanma talimatlarına uygun olmalıdır.

Bağlayıcı ajanın uygulanması
Bağlayıcı ajan uygulayın (örn. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Prosedür üreticinin kullanma talimatlarına göre yapılmalıdır.

BRILLIANT EverGlow'un uygulanması
Materyali şırıngadan veya uçtan dışarı verin ve doğrudan kavitenin içine uygulayın.

Polimerizasyon
BRILLIANT EverGlow herhangi bir ışıkla sertleştirilebilir (örn. BRILLIANT sertleştirıcıler (örn. S.P.E.C. 3®).

Maksimum tabaka kalınlığı ve sertleşme süreleri:

| renk | ≥800 mW/cm² | ≥1600 mW/cm² |
|---|---|---|
| | Tabaka kalınlığı | Maruziyet süresi |
| Üniversal renkler, Yarı saydam renkler | 2 mm | 20 sn. 10 sn. |
| Opak renkler | 1 mm | 20 sn. 10 sn. |

**Not:** BRILLIANT EverGlow'un tüm katmanları sertleştirilmelidir. Tabakalar arasındaki adezyonu etkileyebileceğinden, inhibisyon tabakası çıkarılmamalıdır. Yetersiz maruziyet durumunda yetersiz sertleşme riski vardır. BRILLIANT EverGlow ışığa duyarlıdır. Doğrudan güneş ışığına, özellikle reflektör ışığı ve/veya güneş ışığına uzun süreli maruziyetten kaçınılmalıdır.

## Bitirme

Kalından inceye elmas bitirme freleri (40 µm ve 15 µm) kullanılarak, sürekli bir silme hareketiyle ve bol miktarda su püskürtülerek yapılır.
Optimal parlatma sonuçları için COLTENE parlatıcılar önerilir.

## Acil durum önlemleri

Ürünün oral mukoza ile doğrudan temas etmesi halinde, sadece suyla yıkayın. Ürünün gözlere temas etmesi halinde, su ile iyice yıkayın (10 dk.) ve bir göz hekimine başvurun.

## Notlar

Yalnızca diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine veya onların talimatı gönderilir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın!
Uçlar sadece tek hastada kullanım içindir. Kompozit şırınganın kullanıldıktan sonra tekar kapanmalıdır.

## Saklama

4–23 °C / 39–73 °F'de saklayın
Doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

## Dikkat

Federal kanunlar bu cihazın satışını bir diş hekimine veya bu hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır.

## 使用说明（简体中文） — ZH

## 定义

BRILLIANT EverGlow 是一种高填料比率、X 线不透明的可见光固化复合材料，有通用、透明和不透明颜色可选。

## 成分

甲基丙烯酸盐
牙科玻璃
无定形二氧化硅
氧化锆

## 技术数据

符合 ISO 4049 标准
无机填料粒径范围
填料颗粒: 0.02 – 1.5 µm
无机填料体积比: 56 %
无机填料质量比: 74 %

## 适应症

BRILLIANT EverGlow 通用色 Bleach (BL) A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 和 A4/C4 适用于：
- I、II、III、IV 和 V 类龋洞的直接填充
- 树脂及陶瓷修复体（如：BRILLIANT COMPONENER®）的粘接和修复

BRILLIANT EverGlow 透明色 Bleach Translucent (BL Trans) 和 Translucent (Trans) 适用于：
- 个别化形状改变及色调修正
- 切缘重建
- 树脂及陶瓷修复体（如：BRILLIANT COMPONENER®）的粘接和修复

BRILLIANT EverGlow不透明色 Opaque Bleach (OBL)，Opaque A1 (OA1)，Opaque A2 (OA2)，Opaque A3 (OA3) 和 Opaque A4 (OA4) 适用于：
- 美学修复（如：颜色的校正）
- 遮色
- 制作牙本质内核

**注意：** 遮蔽能力取决于层厚。为了获得理想的

# BRILLIANT EverGlow®

## 产品保质期和标签

失效日期和 LOT 批号可以在容器及外包装上找到。

## 储存

请在 4-23 °C / 39-73 °F 下储存
避免阳光直射或远离热源。

## 小心

联用法律限制本器械仅由牙医出售或由牙医订购。

## 使用说明 — UK

## Вказання

BRILLIANT EverGlow - це висококонтрастний рентгеноконтрастний універсальний субмікронний гібридний композит, який випускається в універсальному, прозорому та дентинному (опаковому) відтінках.

## Склад

Метакрилати
Стоматологічне скло
Аморфний діоксид кремнію
Оксид цирконії

## Технічні характеристики

Відповідає вимогам ISO 4049
Діапазон частинок неорганічного наповнювача: 0,02–1,5 мкм
Вміст неорганічного наповнювача за об'ємом: 56 %
Вміст неорганічного наповнювача за вагою: 74 %

## Показання

Універсальні відтінки BRILLIANT EverGlow: Bleach (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3 та A4/C4 призначені для:
- прямого пломбування порожнин класів I,